

2024 年实验室安全检查情况秋季第一周周报（2024 年 8 月 26 日-9 月 6 日）

新学期开学伊始，为了保障教学科研的有序开展，资产处组织相关专家对全校实验室进行检查，结合现场检查存在的问题，现就有关情况通报如下：

序号	被检查单位名称	检查人员	检查时间	隐患类别	检查内容	隐患具体内容	隐患数量	安全责任人
1	食品学院实验室 517	资产处	8 月 28 日 -9 月 1	消防安全与日常管理	实验室环境、布局合理	实验室内堆放大量闲置仪器、阻碍消防通道	1	
2	食品学院实验室 507	资产处	8 月 28 日 -9 月 1	消防安全与日常管理	实验室环境、布局合理	实验室内堆放大量易燃杂物、仪器设备和垃圾桶上积尘严重	3	
3	食品学院 511	资产处	8 月 28 日 -9 月 1	实验安全	危化品储存柜	易燃易爆化学品放入腐蚀性药品柜	1	
4	园林楼 906	资产处	8 月 29 日 -9 月 3 日	消防安全与日常管理	实验室环境、布局合理	门口堆放实验用品，堵塞逃生通道	1	胡增辉
5	示范中心 A 座 A104	资产处	8 月 29 日 -9 月 3 日	用电安全	冰箱周边应留有散热区，插线板	插线板飞线	1	

					要固定不可飞线			
6	经管楼农村 规划实验室 112	资产处	8月29日 -9月3日	实验室卫生	实验室环境应整 洁卫生有序	房间杂物需要管理	1	
7	科技综合楼 A801 公共 平台	资产处	8月28日 -9月1	消防安全与 日常管理	实验室环境、布 局合理	使用后手套（沾染物）没 有及时清理，易燃杂物堆 积过多。烘箱（高温设 备）上摆放杂物。	2	曹庆芹
8	科技综合楼 A804	资产处	8月28日 -9月1	消防安全与 日常管理	实验室环境、布 局合理	实验室存在食品零食。实 验室有折叠床。空间不整 洁，消防柜阻挡冰箱	3	张杰
9	科技综合楼 A609 实验 室	资产处	8月28日 -9月1	实验室卫生 与危化品管 理	实验室环境应整 洁卫生有序、危 化品空瓶不可再 利用	实验室内存放食品	1	
10	科技综合楼 A618	资产处	8月28日 -9月1	实验室卫生 与危化品管 理	实验室环境应整 洁卫生有序、危 化品空瓶不可再 利用	实验室内存放食品	1	

11	科技综合楼 A518 果树 组学大数据 整合与利用 研究室	资产处	8月28日 -9月1	实验室卫生 与危化品管 理	实验室环境应整 洁卫生有序、危 化品空瓶不可再 利用	实验室内存放食品	1	
12	科技综合楼 A421	资产处	8月28日 -9月1	实验室卫生 与危化品管 理	实验室环境应整 洁卫生有序、危 化品空瓶不可再 利用	实验室内存放食品，环境 杂乱	2	
13	科技综合楼 A418	资产处	8月28日 -9月1	实验室卫生 与危化品管 理	实验室环境应整 洁卫生有序、危 化品空瓶不可再 利用	甲醇存放。插线板乱放。 高压灭菌锅上放杂物	3	
14	科技综合楼 A408	资产处	8月28日 -9月1	消防安全与 日常管理	实验室环境、布 局合理	通风橱杂乱。实验室杂物 乱放	2	
15	动科楼 412 预防学实验 室 II	资产处	8月30日 -9月4日	用电安全	实验室环境、布 局合理	实验室配电箱受遮挡	1	杨宇

16	动科楼 411 基础兽医实 验室	资产处	8月30日 -9月4日	用电安全	实验室环境、布 局合理	实验室插座非 3C 标准插 座	1	陆彦
17	动科楼 513 兽药与动物 疫病研究实 验室 I	资产处	8月30日 -9月4日	用电安全	实验室环境、布 局合理	实验室配电箱受遮挡，实 验室插座非 3C 标准插座	2	安健
18	动科楼 511 分子生物学 实验室	资产处	8月30日 -9月4日	用电安全	实验室环境、布 局合理	实验室配电箱受遮挡	1	肖龙菲
19	动科楼 505 分子生物学 实验室	资产处	8月30日 -9月4日	用电安全	实验室环境、布 局合理	实验室配电箱受遮挡	1	阮文科
20	动科楼 609 兽医临床诊 疗研究室 II	资产处	8月30日 -9月4日	用电安全	实验室环境、布 局合理	实验室插座非 3C 标准插 座	1	姚华

21	十二、动科楼 710 智慧养殖实验室	资产处	8月30日 -9月4日	用电安全	实验室环境、布局合理	实验室配电箱受遮挡	1	郭凯军
22	生资学院 B 实验室 203-205	资产处	8月29日 -9月3日	实验安全	危化品储存柜	无排风措施	1	
23	生资学院 B 实验室 309	资产处	8月29日 -9月3日	实验安全	危化品储存柜	无排风措施	1	
24	生资学院 B 实验室 409、413	资产处	8月29日 -9月3日	实验安全	危化品储存柜	无排风措施	1	
25	生资学院 A 实验室 221-222 129	资产处	8月29日 -9月3日	实验安全	危化品储存柜	无排风措施	1	

26	生资学院 A 实验室 516-517	资产处	8月29日 -9月3日	实验安全	危化品储存柜	无排风措施	1	
27	生资学院 A 实验室 506-507	资产处	8月29日 -9月3日	实验安全	危化品储存柜	无静电接地、无排风措施	1	
28	生资学院 A 实验室 520、519	资产处	8月29日 -9月3日	实验安全	危化品储存柜	无静电接地、无排风措施	1	
29	生资学院 A 实验室 615-616	资产处	8月29日 -9月3日	实验安全	危化品储存柜	无静电接地、无排风措施	1	

各单位应加强组织领导，把实验室安全责任制不折不扣落实到位。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

各单位应按照《高等学校实验室安全检查项目表》针对实验室安全特别是危险化学品安全开展隐患大排查大清理大整治。以钉钉子精神“过筛子”“堵漏洞”，不打折扣、不留死角、不走过

场，切实做到隐患排查不到位不放过、安全责任不落实不放过、整改不到位不放过。下周资产与实验室管理处将复查食品学院实验室。

资产与实验室管理处

2024年9月10日