

2024 年实验室安全检查情况秋季第三周周报（2024 年 9 月 16-20 日）

根据学校实验室“每周一查”制度要求，2024 年 9 月 18-20 日资产与实验室管理处组织相关专家对全校实验室进行检查，并针对“中秋节”前全面检查中食品学院实验室整改情况进行了复查。结合现场检查存在的问题，现就有关情况通报如下：

序号	被检查单位名称	检查人员	检查时间	隐患类别	检查内容	隐患具体内容	隐患数量	安全责任人
1	食品学院实验室 517	资产处	9 月 20 日	消防安全与日常管理	实验室环境、布局合理性	实验室内堆放大量闲置仪器、阻碍消防通道	1	马挺军
2	食品学院实验室 507	资产处	9 月 20 日	消防安全与日常管理	实验室环境、布局合理性	实验室内堆放大量易燃杂物、仪器设备和垃圾桶上积尘严重	3	张欣珂
3	食品学院 511	资产处	9 月 20 日	实验安全	危化品储存柜	易燃易爆化学品放入腐蚀性药品柜	1	庞晓娜
4	食品学院 220	资产处	9 月 20 日	实验安全	实验室环境、布局合理性	卫生工具放置位置不规范，影响应急通道。	1	李宏亮

5	食品学院 518	资产处	9月20日	实验安全	实验室环境、布局 合理性	易燃液体没有存放在安全 柜、实验室有明显火源， 堆放杂物堵塞通道	3	丁轲
6	园林学院 906	资产处	9月20日	实验安全	危险废物管理	废液桶未张贴警示标签	1	胡增辉
7	园林学院 902	资产处	9月20日	实验安全	危险废物管理	废液桶未张贴警示标签	1	张克中
8	园林学院 912	资产处	9月20日	实验安全	危险废物管理 高温设备管理 危化品管理	废液桶未张贴警示标签 加热设备无警示标签，操 作规程和防护措施 过期试剂未报废	3	郑健
9	动科学院 809	资产处	9月20日	实验安全	危险废物管理 危化品管理	废液桶未张贴警示标签 危化品未专柜存放	2	侯晓林
10	动科学院 812	资产处	9月20日	实验安全	危化品管理	危化品柜无责任人牌	1	李焕荣
11	动科学院 709	资产处	9月20日	实验安全	高温设备管理 危化品管理	加热设备无警示标签，操 作规程和防护措施 危化品柜无责任人牌	2	夏冰

除上述问题外，针对上周食品学院实验室检查发现的其他问题，该单位以进行了整改。（具体整改情况详见《食品学院实验室安全检查整改通知单》）。

资产与实验室管理处

2024年9月20日